

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

一、细胞名称：K7M2-WT

二、检测方法：用 Axygen 的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 21- STR 扩增方案扩增，在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点和性别基因 Amelogenin 进行检测。

三、样本基因分型结果：

细胞的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果							
Loci	送检细胞 STR 信息				细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：STR24091221				细胞库细胞名：K7M2-WT		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele4	Allele1	Allele2	Allele3
18-3	18.0				18.0		
4-2	21.3				21.3		
6-7	12.0				12.0		
19-2	13.0				13.0		
1-2	17.0				17.0		
7-1	29.0				29.0		
8-1	13.0	14.0			13.0	14.0	
1-1	16.0				16.0		
3-2	12.0	13.0			12.0	13.0	
2-1	16.0				16.0		
15-3	22.3				22.3		
6-4	18.0				18.0		
13-1	16.2				16.2		
11-2	18.0				18.0		
17-2	16.0	17.0			16.0	17.0	
12-1	17.0				17.0		
5-5	14.0				14.0		



X-1	25.0				25.0		
TH01							
D5S818							

四、结论：K7M2-WT 细胞 STR 分型结果与 EXPASY 数据库 K7M2-WT 细胞系基因型一致，细胞号对应 CVCL V455，STR 分型结果完全匹配。本次检测在该细胞系中没有发现多等位基因。



五、附图

