

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

一、细胞名称：Mino

二、检测方法：用 Axygen 的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 21- STR 扩增方案扩增，在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点和性别基因 Amelogenin 进行检测。

三、样本基因分型结果：

细胞的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果						
Loci	送检细胞 STR 信息			细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：Mino			细胞库细胞名：MINO		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3
D5S818	11	12		11	12	
D13S317	12	12		12	12	
D7S820	10	11		10	11	
D16S539	11	12		11	12	
VWA	14	17		14	17	
TH01	9.3	9.3		9.3	9.3	
AMEL	X	Y		X	Y	
TPOX	8	11		8	11	
CSF1PO	9	11		9	11	
D12S391	18	21				
FGA	23	25				
D2S1338	23	23				
D21S11	29	30				
D18S51	12	14				
D8S1179	11	13				
D3S1358	18	18				
D6S1043	11	12				




PENTAE	5	17				
D19S433	15	15				
PENTAD	12	13				
D1S1656	11	15.3				

四、结论：Mino 细胞 STR 分型结果与 DSMZ 数据库 Mino 细胞系基因型一致，细胞号对应 ACC-687，STR 分型结果完全匹配。本次检测在该细胞系中没有发现多等位基因。



五、附图



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252