

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

一、细胞名称：NCI-H716

二、检测方法：用 Axygen 的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 21- STR 扩增方案扩增，在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点和性别基因 Amelogenin 进行检测。

三、样本基因分型结果：

细胞的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果						
Loci	送检细胞 STR 信息			细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：NCI-H716			细胞库细胞名：NCI-H716 [H716]		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3
D5S818	11	11		11	11	
D13S317	8	11		8	11	
D7S820	10	11		10	11	
D16S539	11	12		11	12	
VWA	16	17		16	17	
TH01	6	9.3		6	9.3	
AMEL	X	X		X	X	
TPOX	8	11		8	11	
CSF1PO	11	11		11	11	
D12S391	18	19				
FGA	20	22				
D2S1338	14	16				
D21S11	32.2	32.2				
D18S51	15	16				
D8S1179	15	15				
D3S1358	16	18				
D6S1043	12	13				



PENTAE	7	12				
D19S433	15	18.2				
PENTAD	9	9				
D1S1656	16	16				

四、结论：NCI-H716 细胞 STR 分型结果与 **DSMZ** 数据库 NCI-H716 细胞系基因型一致，细胞号对应 **CCL-251**，STR 分型结果**完全匹配**。本次检测在该细胞系中**没有发现多等位基因**。



五、附图



电话: 400-688-9033

网址: www.ubigene.com

地址: 广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处: 855 777 3210

欧洲办事处: 800 3272 9252

亚太联系方式: 001 800 3272 9252