

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

一、细胞名称：U14

二、检测方法：用 Axygen 的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 20- STR 扩增方案扩增，在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点进行检测。

三、样本基因分型结果：

细胞的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果							
Loci	送检细胞 STR 信息				细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：25033105				细胞库细胞名：U14		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele4	Allele1	Allele2	Allele3
18-3	17.0				17.0		
4-2	19.3	21.3			19.3		
6-7	12.0				12.0		
19-2	12.0	13.0			12.0	13.0	
1-2	18.0				18.0		
7-1	24.2				24.2		
8-1	14.0	17.0			14.0	17.0	
1-1	14.0	15.0		16.0	14.0	15.0	16.0
3-2	13.0	15.0			13.0	15.0	
2-1	6.0	9.0			7.0	9.0	
15-3	17.1	19.3	20.3	21.3	17.1	20.3	
6-4	16.0				16.0		
13-1	16.2				16.2		
11-2	16.0				16.0		
17-2	13.0	14.0		15.0	13.0	14.0	
12-1	17.0				17.0		
5-5	13.0	14.0			13.0		




X-1	24.0				24.0		
TH01							
D5S818							


备注：细胞系与收录于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的细胞系 STR 数据进行比对，未收录于以上细胞库的细胞系将无法匹配。上述位点中 D4S2408 和 TH01 为人源位点，用于检测该细胞是否有人源污染。

四、结论：该株细胞鉴定结果为小鼠细胞系，细胞 STR 分型结果与国家实验细胞资源平台数据库细胞 U14 细胞系基因型一致，资源编号 1101MOU-PUMC000238，STR 分型结果基本匹配。本次检测在该细胞系中发现多等位基因，无交叉污染，无人源污染。



五、附图





电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252